

Documents d'aide à l'optimisation de la gestion des *excreta*

Outils du Grephh 2017

1^{er} outil : « optimisation de la gestion des *excreta* »

- pour répondre aux questions relatives aux équipements, matériels, consommables, à l'architecture et à tous les composants permettant une gestion sécurisée
- apporter des arguments pour le choix de méthodes d'élimination des *excreta* (ex : lave bassin, broyeur, sacs protecteur...)

Thèmes abordés dans ce document


- **Les locaux :**

- 1) **chambre** à un lit +++

- sanitaire (douche et WC patient) dans chaque chambre
 - matériaux faciles à entretenir
 - équipements facilitant aussi le bionettoyage (ex : WC suspendus)
 - absence de douchette rinçage dans les chambres

2) local vidoir ou « utilitaire sale »

- espace dédié au nettoyage désinfection, présence du lave bassins
- doit permettre la séparation du propre et du sale
- présence d'équipement pour l'hygiène des mains, paillasse humide, bacs de trempage, collecteurs déchets
- présence d'équipement de protection pour le personnel
- importance du revêtement mural, sol et surface pour optimiser le bionettoyage



Exemple d'agencement d'un local vidoir. Source : INRS, Conception et rénovation des Ehpad. 2012

- **Les équipements, matériels**

- 1) matériels réutilisables**

- le bassin, le seau de chaise percée, l'urinal : c'est le contenant et son couvercle)
 - leur quantité nécessaire doit être régulièrement évaluée, leur état doit être aussi évalué (repérer les surfaces abimées pouvant compromettre leur l'entretien même en lave bassins) et le remplacement anticipé.

2) matériel à usage unique

- autre alternative qui permet de diminuer le risque de transmission croisée, en particulier pour les patients ou résidents présentant un risque infectieux identifié (GEA, colonisation ou infection à BHRe, ICD,...)
- nécessite un broyeur spécifique à ce type de matériel
- dispositifs à UU nécessitent un espace de stockage adapté
- prendre en compte les contraintes techniques d'installation.

- **Equipements**

1) **lave bassins** = meilleur moyen pour limiter le risque infectieux pour le professionnel et maîtriser la contamination de l'environnement de soins

- choix d'un procédé de désinfection thermique conforme à la norme NF EN ISO 15883-3
- vérifier à l'achat la compatibilité avec les dispositifs de recueil
- prévoir à l'achat les opérations de maintenance curatives et préventives
- prévoir la formation régulière du personnel à l'utilisation de cet équipement

2) sacs protecteurs de bassins et autres réceptacles

- contient un produit ou tampon gélifiant
- lorsque LDB défectueux ou nombre insuffisant
- en alternative au LDB ou au broyeur
- élimination dans les déchets
- les réceptacles nettoyés en lave bassins ou avec lingettes imprégnées nettoyant désinfectant

- **Personnel**

- effectifs et charge en soins
- procédures, évaluation
- formation, information

- Respect des précautions standard
- Travail sur les circuits (vers les lieux d'entretien filière déchets et linge sale...)
- Travail sur les pratiques de soins et sur le bionettoyage

2^{ème} outil : chambre des erreurs

Fiche d'aide à la réalisation

- Rappelle les principes de cette simulation
- Détaille les matériels nécessaires avec au préalable un scénario
- Concerne une chambre ou un local des erreurs

3^{ème} outil

- Ensemble de l'existant pour la formation, l'audit, sensibilisation par des films, des jeux....au 31 décembre 2016



Gestion des *excreta*
Documents et outils français existants
Au 1^{er} décembre 2016



Fiches techniques								
Qui	Titre	Type de document	Cible	Contenu, méthode	Application informatique si évaluation	Accessibilité	Date	Localisation
CCLin Arlin	Cahier des charges pour LD de bassins et d'urinaux	Fiche technique	EMS	Acquisition LDB	-	En ligne	Mai 2013	CCLin Arlin
CCLin Arlin	Tableau de synthèse pour l'acquisition d'un LDB	Fiche technique	EMS	Acquisition LDB	-	En ligne	Mai 2013	CCLin Arlin
CCLin Arlin	LDB : CAT pour l'élimination des <i>excreta</i>	Fiche technique	EMS	Utilisation LDB	-	En ligne	Mai 2013	CCLin Arlin
CCLin Arlin	CAT chez les résidents porteurs de <i>C. difficile</i> en période de diarrhée chez un ou plusieurs résidents	Fiche technique	EMS	CAT pratique	-	En ligne	Mai 2013	CCLin Arlin