

Visite de risque infectieux en hémodialyse

Observation – Environnement de travail et locaux

Réponses possibles Oui = 1 Non = 2 Ne sait pas = 3 Non adapté = 4	Réponse	Commentaires
1. Une zone d'attente des ambulanciers est prévue à l'entrée de l'unité de soins		
2. Des vestiaires et sanitaires sont à disposition des patients dialysés		
3. Des casiers individuels en nombre suffisant sont mis à disposition des patients et utilisés		
4. L'accès à la salle de dialyse est régulé par l'équipe		
5. Un produit hydro alcoolique est mis à disposition à l'entrée de l'unité de soins avant la salle de dialyse		
6. Les personnes chargées du transport des patients dépendants réalisent une hygiène des mains par friction avec produit hydro alcoolique en entrant dans l'unité de soins		
7. L'accès aux postes de dialyse est limité aux personnels soignants et aux patients (sauf patients dépendants)		
8. Un bionettoyage des systèmes de pesée est réalisé entre deux séances de dialyse au minimum		
9. Existence d'un box d'isolement par tranche de 6 postes (ou 2/12) permettant la prise en charge des patients en PCH (UAD exclus)		

Réponses possibles Oui = 1 Non = 2 Ne sait pas = 3 Non adapté = 4	Réponse	Commentaires
10. La distance entre deux postes (lit ou fauteuil) est d'au moins 1m50 en l'absence de cloison		
11. Un point d'eau adapté au lavage de la fistule du patient est disponible à proximité des postes de dialyse (au moins un lavabo pour 4 postes de dialyse)		
12. Les contenants permettent de respecter les filières DASRI ou DAOM		
13. L'élimination des déchets est organisée au plus près de chaque poste de dialyse et permet d'éliminer les circuits après usage dans la filière DASRI		
14. Le système de raccordement du dialysat usagé à l'égout comporte une discontinuité (absence de contact entre l'extrémité du tuyau d'évacuation du dialysat et le raccordement à l'égout)		
15. Il existe un environnement dédié pour la préparation des médicaments*		
16. Un lave bassin est à disposition dans l'unité de soins, fonctionnel et utilisé ou bassin à usage unique/protection**		
17. Pour le ou les réfrigérateurs de l'office alimentaire, il existe une traçabilité : de la température, du bionettoyage		

*En l'absence de préparation de médicaments ne pas tenir compte cet item

**En cas de patient autonome, ne pas tenir compte de cet item